

● 附表2 風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準

検査方法	抗体価 (単位等)	測定キット名 (製造販売元)
HI法 (赤血球凝集抑制法)	8倍以下 (希釈倍率)	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)
	8倍以下 (希釈倍率)	R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)
EIA法 (酵素免疫法)	6.0未満 (EIA価)	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)
	1.5未満 (国際単位 (IU) /ml)	エンザイグノストB 風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)
ELFA法 (蛍光酵素免疫法)	2.5未満 (国際単位 (IU) /ml)	バイダス アッセイキット RUB IgG (シスメックス・ビオメリュー株式会社)
LTI法 (ラテックス免疫比濁法)	1.5未満 (国際単位 (IU) /ml)	ランピアラテックス RUBELLA ランピアラテックス RUBELLA II (榎東製薬工業株式会社)
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法)	2.0未満 (国際単位 (IU) /ml)	アクセスルベラIgG (ベックマン・コールター株式会社)
	1.1未満 (抗体価)	i-アッセイCL 風疹IgG (株式会社保健科学西日本)
FIA法 (蛍光免疫測定法)	1.5未満 (抗体価A [*])	BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッドラポラトリーズ株式会社)
	1.5未満 (国際単位 (IU) /ml)	BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッドラポラトリーズ株式会社)
CLIA法 (科学発光免疫測定法)	1.5未満 (国際単位 (IU) /ml)	Rubella-Gアポット (アポットジャパン株式会社)
ICA法 (イムノクロマト法)	IgG 陰性	バイオライン ルベラ IgG/IgM

昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日 までの間に生まれた男性を対象に実施する 風しんの抗体検査及び予防接種法第 5 条第 1 項の規定に基づく

風しんの第 5 期の定期 接種の実施に向けた手引き (第 4 版) 2022 年 2 月 16 日改正 厚生労働省健康局より抜粋